

Podle §14 zákona č. 90/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a podle požadavků směrnice Rady 2014/30/EU (NV č. 117/2016 Sb.), kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility a podle požadavků směrnice Rady 2014/34/EU (NV č. 116/2016 Sb.), kterým se stanoví technické požadavky na zařízení nebo ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Níže popsáný předmět prohlášení je ve shodě se zákonem č. 22/1997 Sb. a nařízením vlády č. 481/2012 Sb a se směrnicí 2011/65/EU ve znění pozdějších předpisů, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS).

a) Identifikační údaje o výrobcí, který vydává prohlášení

Dinel, s.r.o.
U Tescomy 249
760 01 Zlín

IČ: 63476886
DIČ: CZ63476886
web: www.dinel.cz

tel.: +420 577 002 001
e-mail: dinel@dinel.cz

b) Identifikační údaje o výrobku

Kapacitní hladinový snímač

DLS-27Xi (XiT, XiM, XiMT)

c) Popis a určení výrobku

Kapacitní hladinový snímač DLS-27 slouží k dvoustavové indikaci výšky hladiny v nádržích nebo zásobnících. Umožňuje snímání a indikaci stavu hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin, sypkých materiálů, granulátů a zrnin.

d) Údaj o použitém způsobu posouzení shody

§12 odst. 1 zákona č. 90/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů – posuzování shody se provádí podle modulů posuzování shody. Seznam modulů posuzování shody stanoví příloha č. 1 k tomuto zákonu.

e) Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem použitých při posouzení shody

Nevýbušnost: ČSN EN IEC 60079-0:2018
ČSN EN 60079-11:2012

Elektromagnetická kompatibilita: ČSN EN 61326-1
ČSN EN 55022-třída B
ČSN EN 61000-4-2
ČSN EN 61000-4-3
ČSN EN 61000-4-4
ČSN EN 61000-4-5
ČSN EN 61000-4-6

f) Údaje o akreditované osobě






Nevýbušnost:

ověřena notifikovaným orgánem NB1026, FTZÚ, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice.
Vystaven ES certifikát o přezkoušení typu č. FTZÚ 02 ATEX 0234X ze dne 8. 10. 2002, dodatek č. 1 ze dne 9. 2. 2004, dodatek č. 2 ze dne 15. 8. 2007, dodatek č. 3 ze dne 15. 8. 2012, dodatek č. 4 ze dne 3. 8. 2017 a dodatek č. 5 ze dne 10. 6. 2022.

Elektromagnetická kompatibilita:

ověřena akreditovanou zkušební laboratoří č. 1032, Mesit QM, spol. s.r.o., Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika, IČ: 47910381.
Vystaven zkušební protokol o elektromagnetické slučitelnosti číslo: 3665/0 ze dne 11. 12. 2000.

g) Zvláštní podmínky pro bezpečné použití

Verze DLS-27Xi:  II 1G Ex ia IIB T6...T5 Ga,  II 1D Ex ia IIIC T₂₀₀ 80 °C ...T200 90 °C Da
Verze DLS-27XiT:  II 1G Ex ia IIB T6...T2 Ga,  II 1D Ex ia IIIC T₂₀₀ 80 °C ...T₂₀₀ 205 °C Da
Verze DLS-27XiM, XiMT:  I M2 Ex ia I Mb

Jiskrově bezpečné parametry:

U_i = 12 V; I_i = 15 mA; P_i = 45 mW; C_i = 28 nF; L_i = 10 μH

Při použití snímače jako zařízení skupiny II a při použití schváleného napájecího zařízení, jehož výstupní parametry odpovídají požadovaným vstupním parametrům, je nutné, aby bylo s galvanickým oddělením, anebo v případě použití zařízení bez galvanického oddělení (Zenerových bariér) je nutno provést vyrovnání potenciálů mezi snímačem a místem uzemnění bariér.

Při použití v důlních podmínkách jako zařízení skupiny I a při použití schváleného napájecího zařízení, jehož výstupní parametry odpovídají požadovaným vstupním parametrům, je nutné, aby toto bylo s galvanickým oddělením.

Teplotní třídy a maximální povrchové teploty závisí na teplotě média.

Verze Xi:

Teplotní třídy pro EPL Ga:

T5 ... platí pro maximální teplotu média $T_m = 85^\circ\text{C}$.

T6 ... platí pro maximální teplotu média $T_m = 75^\circ\text{C}$.

Maximální povrchová teplota pro EPL Da:

Teplotní rozsah média je od -25°C do 85°C .

Maximální povrchová teplota musí být počítána jako $T_{200} = T_m + 5^\circ\text{C}$.

Verze XiT:

Teplotní třídy pro EPL Ga:

T2 ... platí pro maximální teplotu média $T_m = 200^\circ\text{C}$.

T3 ... platí pro maximální teplotu média $T_m = 190^\circ\text{C}$.

T4 ... platí pro maximální teplotu média $T_m = 125^\circ\text{C}$.

T5 ... platí pro maximální teplotu média $T_m = 90^\circ\text{C}$.

T6 ... platí pro maximální teplotu média $T_m = 75^\circ\text{C}$.

Maximální povrchová teplota pro EPL Da:

Teplotní rozsah média je od -40°C do 200°C .

Maximální povrchová teplota musí být počítána jako $T_{200} = T_m + 5^\circ\text{C}$.

Verze XiM, XiMT:

Maximální teplota média je 145°C .

Pro výbušné atmosféry s prachem musí být zařízení instalováno tak, aby bylo zabráněno nebezpečí vzniku plazivých výbojů na štítku, kabelové vývodce nebo konektoru zařízení.

Teplota okolí:

$-20^\circ\text{C} \leq T_a \leq +75^\circ\text{C}$

Teplota okolí snímací části výrobku: T_m - teplota média

h) Zajištění jakosti výroby

Systém řízení jakosti výrobce byl shledán shodným s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 : 2016. Společnost je držitelem certifikátu systému řízení jakosti č. CQS 2201/2021 ze dne 13. 10. 2021 a platností do 12. 10. 2024, vydaném certifikační společností CQS. Certifikát je platný pro vývoj, výrobu a prodej elektronických komponentů a systémů pro měření, regulaci a průmyslovou automatizaci.

Pro výrobky do prostředí s nebezpečím výbuchu jsou do systému řízení jakosti podle ISO 9001 aplikovány zvláštní požadavky podle normy ČSN EN ISO/IEC 80079-34:2020. Výrobce získal OZNÁMENÍ O ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY č. „FTZÚ 02 ATEX Q 016“, vystavené notifikovaným orgánem FTZÚ NB 1026 se sídlem Ostrava-Radvanice. Oznámení je vystavené pro ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu podle Směrnice 2014/34/EU (NV č. 116/2016 Sb.). Oznámení platí pro skupinu výrobků s typem ochrany proti výbuchu - jiskrová bezpečnost „i“, ochrana závěrem „t“ a bylo vystaveno na základě protokolu z auditu č. FTZÚ 02/ATEXQ/016 vydaného dne 16. 6. 2023 s platností do 30. 6. 2026.

i) Potvrzení výrobce

Výrobce, identifikovaný pod písmenem a) tohoto prohlášení, potvrzuje, že vlastnosti výrobku, identifikovaného pod písmenem b) a c) tohoto prohlášení, splňují požadavky na výrobky, konkretizované českými technickými normami identifikovanými pod písmenem e) tohoto prohlášení.

Výrobek je za podmínek výrobcem určeného použití bezpečný. Výrobce potvrzuje, že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků jim uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Ve Zlíně dne: 24. 7. 2023



Ing. Dalibor Štverka, Ph.D.
jednatel společnosti